

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:

Boris Flegar, dipl.oec.

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply

Head of Department

Boris Flegar, B.Sc (Econ.)

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 – 3438-1/2022

Osijek, 11. travnja 2022.

PREDMET: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/6
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 2016), te članku 9. Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj 65/2017, 75/2020, dalje u tekstu: Pravilnik) Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti: *Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju*, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/6, dana 16. ožujka 2022. godine objavio je Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli su do 25. ožujka 2022.g. uputiti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi nacrtom dokumentacije o nabavi, troškovnicima sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama koji su bili objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

U danom roku Naručitelj je zaprimio šest (6) zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata s primjedbama i prijedlozima izmjene dokumentacije o nabavi. U nastavku citiramo sve zahtjeve i dajemo odgovor na primjedbe i prijedloge.

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

nakon pregleda natječajne dokumentacije za predmet nabave *Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju* evidencijski broj nabave VV-22/6., grupa 5, stavke 18. i 24. ljubazno Vas molimo izmjenu dokumentacije na sljedeći način:

- stavka 18, zbog prestanka proizvodnje konkretnog proizvoda nudimo zamjenski proizvod:

	traženi proizvod karakteristike	zamijenski proizvod karakteristike
18.	Privremeni balon (sonda) za transvenoznu stimulaciju srca.El. udaljenost 7 i 10 mm, duljina 115cm, F4,F5,F6.Stimulacija 110cm,duljina elektrode 3mm, ili drugi jednakovrijedan proizvod	Privremeni balon sonda za transvenoznu stimulaciju srca .Materijal antitrombogenski poliuretan (PUR) , bez toksičnih omekšivača. Sonda za stimulaciju 110cm, oznake na kateteru svakih 100mm od vrha sonde. Elektrode duljina 3mm, udaljenost elektroda 10mm. Omnifix lock štrcaljka za spajanje balonskog lumena na zaporni ventil.

- stavka 24 , molimo da se korigira tipfeler u tekstu iz "pumpa sa 2 porta" u "priključak za pumpu sa 2 porta" te da se riječica and preimenuju u i .

24.	Drainage pigtail catheter i dodatni pribor sa uvodnicom od polyurethane, dužine 500 mm/ F5, 1x Sterican canila 0.9 x 70 mm 1x J3-radna zica 0.035" x 100 cm 1x dilator and uvodnica Tear-Away sheath F6 1x Cutfix skalpel 1x secretion vrećica, 1500 ml 1x pumpa sa 2 porta, 2 integrirani one-way valves and dvostruka skretnica 1x Omnifix® sprica, 60 ml, Luer lock-fitting 1x Omnifix® sprica, 10 ml, Luer lock-fitting	Drainage pigtail catheter i dodatni pribor sa uvodnicom od polyurethane, dužine 500 mm/ F5, 1x Sterican canila 0.9 x 70 mm 1x J3-radna zica 0.035" x 100 cm 1x dilator and uvodnica Tear-Away sheath F6 1x Cutfix skalpel 1x secretion vrećica, 1500 ml 1x priključak za pumpu sa2 porta,2 integrirani one-way valves i dvostruka skretnica 1x Omnifix® sprica, 60 ml, Luer lock-fitting 1x Omnifix® sprica, 10 ml, Luer lock-fitting
-----	--	--

- ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

1) „Vezano uz Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave, evidencijski broj nabave VV-22/6, Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju, molimo slijedeće izmjene u **2. grupi predmeta nabave:** Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije;

- Brisanje stavke 2, grupe 2 predmeta nabave budući da više nije u proizvodnom asortimanu proizvođača:**

Dijagnostičke žice vodilje – standardne i za posebne indikacije, duljine 145, 175 i 260cm, sa ravnim i zakrivljenim (3mm J) vrhom, 'fixed core' i 'movable core', PTFE-coated ili drugi jednakovrijedan proizvod

- ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

2)

- Izmjena stavke 3, grupe 2 predmeta nabave slijedom dostupnosti nove generacije navedenog proizvoda:**

Objavljeno;

Arterijske uvodnice – 5-9F, duljine 11 i 23cm, s dilatorom i silikonskim hemostatskim ventilom, izbor između Pebax i Teflon materijala ili drugi jednakovrijedan proizvod

Molimo izmjenu u slijedeće:

Arterijske uvodnice od 5 -11 F, duljine 10 i 23cm, s ergonomskim dilatorom i silikonskim hemostatskim ventilom, otporna na kinkanje, fleksibilna, hidrofobna, dobro vidljiva na flouroskopiji, 'snap fit' dilator sa glatkom tranzicijom na uvodnicu, žica maksimalno 0,038" sa J vrhom, izbor između seta sa punkcijskom iglom 18 G ili bez igle.

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

3)

- **Razdvajanje stavke 5, grupe 2 predmeta nabave na dvije stavke, prema dostupnim dimenzijama;**

Objavljeno:

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-38mm, promjera 2.0 - 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridijuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice, u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija ili drugi jednakovrijedan proizvod

Molimo izmjenu opisa u niže navedena dva opisa:

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-38mm, promjera 2.0 - 4.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridijuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice, u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija.

i

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 12-30mm, promjera 4.5 - 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridijuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice, u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija.

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

4)

- **Spajanje stavke 7 i 8, grupe 2 predmeta nabave u jednu stavku, slijedom dostupnosti nove generacije navedenog proizvoda, slijedećeg opisa:**

Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.50-4.0mm, profil vrha 0.016" (za sve promjere), NBP 8atm, RBP 14atm, markeri od Platinum iridijuma.

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

5)

- **Spajanje stavke 9 i 10, grupe 2 predmeta nabave u jednu stavku, slijedom dostupnosti nove generacije navedenog proizvoda, slijedećeg opisa:**

Koronarni dilatacijski baloni visokog tlaka – monorail tehnika, non-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, duljine 6-27 mm, promjera 2.00mm -5.0mm, NBP 12atm, RBP 20atm , profil vrha 0,015", markeri od Platinum Iridiuma.

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

6)

- **Izmjena stavke 12, grupe 2 predmeta nabave na slijedeći način:**

Objavljeno:

Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan s 0.014" žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod

Molimo izmjenu u slijedeće:

Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, 6F, kompatibilan s 0.014" žicom, u setu s dvije šprice i filter košaricom.

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

7)

- **Brisanje stavke 17, grupe 2 predmeta nabave budući da je već navedena u stavci 12**

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Kao zainteresirani subjekt u gore navedenom postupku javne nabave, u cilju što kvalitetnije ponude, molimo uvažiti sljedeće prijedloge za izmjenu troškovnika za Grupu 3: Potrošni materijal za restenoze na mjestu prije učinjenih intervencija:

- zbog nedostupnosti proizvoda (prestanak proizvodnje) i promjene u portfelju proizvođača potrebno **brisati stavke 1, 6 i 11** iz troškovnika Grupe 3: Potrošni materijal za restenoze na mjestu prije učinjenih intervencija

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

4. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo prijedlog korigiranih opisa za grupu 4, u skladu sa trenutnom tržišnom ponudom.

Prijedlog nove procijenjene vrijednosti za grupu 4 je 1.290.000,00 HRK

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene. Naručitelj je prihvatio izmjene tehničke specifikacije u dijelu korigiranih opisa artikala. No, Naručitelj je sukladno svojim potrebama odredio okvirnu 1- godišnju količinu predmeta nabave i sukladno tome i procijenjenu vrijednost nabave.

5. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Molimo izmjenu stavke 8. i 24. u Grupi 8. Troškovnika prema slijedećem:

Stavka 8. iz:

8.	Dijagnostički kateter, 4 Fr, max 1200 psi, 15ml/sek, fleksibilna gustoća omotača, 0-8 bočne rupe, dužina 65-110cm, različiti oblici	kom	5	
----	---	-----	---	--

U:

8.	Dijagnostički kateter, 4-6 Fr, max 1000 psi, najlon-poliuretan unutarnji i vanjski omotač, sredina omotača SS, 0-2 bočne rupe, dužina 65-110cm, različiti oblici	kom	5	
----	--	-----	---	--

Stavka 24. iz:

24.	Koronarni DES Co-Cr stent s lijekom sirolimusom, biorazgradiv (3-4mj), žica 0.014" (0.36 mm), balon najlon, nominalni tlak 9atm, max tlak 16atm, kateter 144cm, dimenzije 2,25-4,0mm x 9-38mm	kom	1	
-----	---	-----	---	--

U:

24.	Koronarni DES Co-Cr stent s lijekom sirolimusom nanešen abluminalno, biorazgradiv (3-4mj), otvoreni dizajn ćelija, žica 0.014" (0.36 mm), balon najlon, nominalni tlak 9atm, max tlak 16atm, kateter 144cm, dimenzije 2,25-5,0mm x 9-38mm	kom	1	
-----	---	-----	---	--

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Prihvaća se prijedlog izmjene.

6. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

„Poštovani,

Vežano uz Prethodno savjetovanje za Predmet nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju imali bi zamolbu i to za:

1. **Grupu 14 – Potrebno je napraviti promjenu u grupi i to:**

Stavke 1-11 potrebno je maknuti iz grupe jer više ne možemo ponuditi navedene proizvode

Stavke 12 i 13 ostaju u tablici– uređaji za zatvaranje velikih rupa

Stavke 14-18 – opis proizvoda tj. specifikacija se prilagođuje novom proizvođaču koji je i cjenovno povoljniji

S ovim promjenama svakako bi smanjili procijenjenu vrijednost nabave što bi I Vama omogućilo da navedena sredstva koristite u druge svrhe.“

- **ODGOVOR NARUČITELJA:** Puhvaća se prijedlog izmjene.

Tijekom Prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je dobio nove informacije i spoznaje vezano uz robu koja je predmet nabave predmetnog postupka. Sukladno istom Naručitelj dodaje novu **grupu predmeta nabave pod rednim brojem 20.**

Nadalje, temeljem informacija koje se odnose na promjenu zastupništva pojedinih proizvođača i distributera na tržištu, Naručitelj **mijenja tehničke specifikacije u grupi 1, grupi 7, grupi 10 i grupi 16,** što utječe i na promjenu procijenjene vrijednosti nabave.

S obzirom na prihvaćene prijedloge izmjene tehničke specifikacije predmeta nabave kako je prethodno navedeno, Naručitelj je korigirao potrebne okvirne količine za jednogodišnje razdoblje, sukladno istom i procijenjene vrijednosti pojedinih grupa predmeta nabave. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 7.000.000,00 kn bez PDV-a.

Nakon objave ovog Izvješća, Naručitelj ima namjeru pokrenuti postupak javne nabave.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave